
OMRON



Nosní sprcha (NEB6014)

Návod k obsluze

All for Healthcare

IM-NEB6014-CZ-31-03/2022

Použití

Léčebné použití:
Tento přípravek je systémem pro nosní výplach a je určen k proplachování nosních a nosohltanových dutin.

Cílový uživatel:
- Zdravotničtí odborníci se zákonnou licencí, jako např. lékař, sestra a terapeut.
- Poskytovatel zdravotní péče nebo pacient pod vedením kvalifikovaných zdravotnických odborníků při domácí léčbě.
- Uživatel musí být rovněž schopen pochopit obecné principy činnosti přípravku a porozumět obsahu tohoto návodu k použití.

Pro které pacienty je přípravek určen:
Osoby, u kterých je nutné propláchnout nosní a nosohltanové dutiny.


Prostředí:
Tento výrobek je určen k použití v běžných domácnostech.

Doba životnosti:
Nosní sprcha Přibližně 1 rok (100–120 ošetření)

Doba životnosti se může lišit v závislosti na prostředí, ve kterém je přístroj používán.
Časté používání přístroje může zkrátit dobu životnosti.


CZ

Popis přístroje



Jak nosní sprcha funguje

Proud stlačeného vzduchu z kompresoru je přesměrován přes trysku, kde se v hlavě rozprašovací komory mísí s roztokem a je směrován vzhůru.
Směs stlačeného vzduchu s roztokem se promění v jemné částice vhodné pro výplach nosních a rhino-faryngeálních dutin.



Důležité bezpečnostní informace (před použitím přečtěte)


⚠ **Varování:**
1. Nosní sprchu nepoužívejte k žádným jiným účelům, než ke kterým je určena (zařízení pro nosní výplach).
2. **Nosní sprchu používejte používejte pouze u modelů inhalátorů Omron, kde je nosní sprcha uvedena jako příslušenství, nebo doplňkové příslušenství, k dokoupení (např. Omron C101 Essential, C102 Total, C303 Nami Cat, C105/C28P new,...). Žádné další použití se nepřipouští a může být nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití.**
3. Přístroj udržujte mimo dosah kojenců a dětí bez dohledu. Zařízení obsahuje malé součásti, u nichž hrozí spolknutí.
4. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud přístroj používají děti nebo osoby se zdravotním omezením.
5. Typ, dávku a způsob použití roztoku zvolte dle instrukcí Vašeho lékaře nebo odborníka na léčbu dýchacích potíží.
6. Tento přístroj nesmí být používán u pacientů, kteří jsou v bezvědomí či nedýchají spontánně.
7. Pokud během používání zaznamenáte alergické reakce nebo jiné potíže, ihned nosní sprchu přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Způsob použití

Příprava nosní sprchy



1. Abyste mohli do nádržky přidat roztok, vytáhněte horní díl z nádržky nosní sprchy, jak je ukázáno na obrázku.
2. Nalijte do nádržky roztok (max. 15 ml).
3. Zavřete nosní sprchu vrácením horního dílu na původní místo.
4. Připojte jeden konec vzduchové hadičky k nosní sprše a druhý konec ke kompresoru. Zapnutím kompresoru zahajte léčbu.



Používání nosní sprchy



Nosní sprchu ovládejte stisknutím a uvolněním tlačítka před nebo během výdechu. Prstem si při léčbě uzavřete tu nosní dírku, do které nechcete nosní sprchu zavést.

U dětí a pacientů se zdravotním omezením podávejte střídavě po 10 až 20 sekundách do obou dírek. Mějte při ruce kapesník, pokud ze záchytné nádržky v horním díle nosní sprchy začne vytékat hlen.



Jakmile z nosní sprchy přestává vycházet jemný sprej, léčba je u konce. Z nosní sprchy odstraňte horní díl včetně O-kroužku. Pokud v horním díle zůstala nějaká tekutina, vylijte ji.

Poznámka: ZAŘÍZENÍ NIKDY NEPOUŽÍVEJTE V POLOZE VLEŽE. NOSNÍ SPRCHU NENAKLÁNĚJTE O VÍCE NEŽ 60°.

Čištění a dezinfekce

Před čištěním a dezinfikováním částí nosní sprchy si pečlivě umyjte ruce. Součásti čistěte po každém použití a odstraňte zbytky roztoku. Tím zabráníte neúčinnému ošetření a snížíte riziko infekce.

• Čištění nosní sprchy:
Nosní sprchu celou rozložte. Součásti omyjte v teplé vodě a slabém, neutrálním čisticím prostředku. Pečlivě je opláchněte čistou teplou tekoucí vodou, jemným poklepáním setřeste nadměrné množství vody a nechte volně uschnout na čistém místě. Nosní sprchu doporučujeme vyměnit přibližně po 100 až 120 léčebných zákrocích nebo po 20 sterilizačních cyklech.

• Dezinfekce nosní sprchy:
Díly dezinfikujte vždy před prvním použitím, po každém použití či po delší době nepoužívání a také po posledním léčebném zákroku daného dne. Pokud jsou součásti silně znečištěné, vyměňte nosní sprchu za novou. **Nosní sprcha se může dezinfikovat chemickým dezinfekčním prostředkem, jako je ethanol, chlornan sodný (Milton), kvartérní amoniové sloučeniny (Osvan), chlorhexidin (Hibitane) a amfoterní povrchově aktivní přípravek (Tego)**, v souladu s návodem k použití dezinfekčního prostředku a s následným opláchnutím **čistou teplou vodou**. Nechte volně oschnout.
Poznámka: Nikdy nepoužívejte k čištění benzen, ředidlo nebo hořlavé chemikálie.

Var: Nosní sprchu lze také dezinfikovat vařením ve velkém množství vody po dobu 15 až 20 minut. Po sterilizaci varem součásti opatrně vyjměte, otřepejte přebytečnou vodu a nechte volně oschnout v čistém prostředí.

Řešení potíží

V případě, že zařízení nefunguje správně, postupujte dle následujících pokynů:
- Nejdříve zkontrolujte, zda je nosní sprcha správně složena.
- Ujistěte se, že vzduchová hadička (není zahrnuta v setu) není zmáčknutá ani zalomená.
- Ověřte, že je v nosní sprše dostatečné množství roztoku.

Pokud problém přetrvává, vraťte zařízení autorizovanému maloobchodnímu prodejci nebo distributorovi společnosti OMRON.

Technické údaje

Kategorie výrobku:	Příslušenství k zařízením pro aerosolovou terapii
Popis výrobku:	Nosní sprcha
Model:	NEB6014
Vhodné množství roztoku:	minimálně 3 ml – maximálně 15 ml
Velikost částic:	90% částic > 10 µm
Rychlost rozprašování (podle úbytku hmotnosti):	více než 5 ml/min (NaCl 0,9%)
Provozní teplota / vlhkost / tlak vzduchu:	+5 °C až +40 °C / 15% až 85% rel. vlhk. / 700 až 1060 hPa
Skladování a přeprava	
Teplota / vlhkost / tlak vzduchu:	-20 °C až +60 °C / 5% až 95% rel. vlhk. / 500 až 1060 hPa
Hmotnost:	Přibližně 30 gramů
Rozměry:	Přibližně Ø 50 × 139 (výška) mm
Obsah:	Nosní sprcha, návod k použití

LOT = Číslo šarže

= Přečtěte si návod k obsluze

CE 0051

Přístroj splňuje předpisy dané směrnicí 93/42/EHS (směrnice o zdravotnických prostředcích).

Likvidace

Po uplynutí předpokládané životnosti může být výrobek zlikvidován společně s běžným domovním odpadem

Výrobce	**3A HEALTH CARE S.r.l.** Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Itálie
Distributor	**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Pobočky	**OMRON HEALTHCARE UK LTD.** Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NĚMECKO www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE www.omron-healthcare.com
Distribuce a servis pro ČR	**CELIMED s.r.o.** Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz

Vyrobeno v Itálii