Datum posl.revize 07/2019


Následující instrukce si před použitím pečlivě přečtěte

SD Autolanceta (odběrové pero) jednorázové jehly pro jedno použití, sterilní (STERILE, SINGLE USE)

CZ Návod k použití

SD-autolanceta je pomocné zařízení pro odběr malého množství kapilární krve pro testy krevního cukru s použitím SD-lancet (jehel) na jedno použití.


Popis zařízení:




Použití:

Získání vzorku krve pro měření


1. Umyjte si ruce vodou a mýdlem. Pečlivě osušte. Zahřátí prstu zvýší průtok krve v prstech.
2. Otočením krytu otevřete odběrově pero (autolancetu) a vložte do něho lancetu (jehlu), teprve po vložení jehly (lancety do odběrového pera (autolancety) odstraňte ochrannou čepičku lancety.



3. Kryt odběrového pera zpět připevněte.
Otočením přední části pera se stupnicí nastavte hloubku vpichu dle potřeby od stupně 1 (nejmenší) do 5 (nejhlubší).



4. Odběrové pero opřete pevně proti prstu a stlačte tlačítko, které vysune lancetu s jehličkou.



5. Abyste zamezili vzniku infekce, použitou lancetu zlikvidujte v souladu s místními hygienickými předpisy.

- Lancety (jehly) jsou určeny pouze pro jedno použití (z hygienických důvodů)
- Zacházejte s odběrovým perem opatrně, nemiřte jím do oka nebo na jazyk. Také neprovádějte vpich na místě, kde máte zranění, nebo infekci.
- Uchovávejte odběrové pero a lancety mimo dosah dětí.

Pro vaši bezpečnost:

VAROVÁNÍ **Aby nedocházelo k vystavení zařízení vlivu patogenních mikroorganismů, nikdy nesdílejte odběrové pero/autolancetu s jinými uživateli. Společné používání tohoto zařízení může vést k infekci přenášené krví.**

VAROVÁNÍ **SD Lanceta/jehlička je určena pouze pro jedno použití (ONLY SINGLE USE). Nikdy ji nepoužívejte opakovaně.**

VAROVÁNÍ **SD Lancety/jehličky nepoužívejte, pokud mají prošlou expirační lhůtu, (viz. datum exp.na obalu). V takovém případě zakupte nové balení.**

VAROVÁNÍ **SD Lancetu/jehličku vždy zakrývejte ochrannou čepičkou a její likvidaci provádějte podle pokynů vašeho lékaře.**

UPOZORNĚNÍ **SD Lancety/jehličky uschovávejte před dětmi. Hrot lancety je ostrý a nebezpečný.**

UPOZORNĚNÍ **SD-Autolancetu/odběrové pero nepoužívejte na jiné účely než k odběru krve.**

UPOZORNĚNÍ **O způsobu odběru krve se poraďte se svým lékařem nebo se zkušeným zdravotním pracovníkem.**

UPOZORNĚNÍ **Před měřením obsahu cukru v krvi si pečlivě přečtěte návod k použití vašeho měřiče krevní glukózy.**

Kontakty:

CE 0197 STERILE R

Dovoz/distribuce/servis v ČR:

CELIMED s.r.o.
Sociální péče 3487, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon info: +420 417 639 530
Telefon servis: +420 475 208 180
www.celimed.cz, www.sd-check.cz,
info@celimed.cz

Výrobce:

Beijing Ruicheng Medical Supplies Co.,Ltd.
No.558 Zhangzikou, Yangsong Town, Huairou District,
101400 Beijing, China

EC REP **Zástupce pro EU:**

Lotus Global Co., Ltd.
1 Four Seasons Terrace West Drayton,
Middlesex London, UB 9GG United Kingdom