Střední manžeta CM2

Střední manžeta

• *Návod k obsluze* 2 CZ

Datum vydání: 2022-10-27

All for Healthcare

IM-HEM-CR24-E-CZ-07-10/2022

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model (kód)	Střední manžeta CM2 (HEM-CR24-E)
Obvod paže	22 až 32 cm
Rozměry manžety	Přibližně 146 mm × 446 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída 1
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	–20 až +60 °C (–4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	5 let

Popis symbolů	
CE	Označení CE
UK CA	Značení UKCA
LOT	Číslo šarže
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
MD	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
,	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
INDEX	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
ART. ,	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.

CZ

LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
MAX RANGE MIN MIN RANGE MAX	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.
REF	Referenční katalogové číslo
EASY	Manžeta Easy Cuff
INTELLI WRAP	Manžeta Intelli Wrap
COMFORT CUFF	Komfortní manžeta
TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko
	Datum výroby
	Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti
	Obvod paže

Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.

Výrobce		**OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.** 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU EC REP		**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU		
Výrobní závod		**OMRON DALIAN Co., Ltd.** No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK	**OMRON HEALTHCARE UK LTD.** Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

Vyrobeno v Číně

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

OMRON

Střední manžeta CM2 (HEM-CR24)

Děkujeme vám za zakoupení střední manžety od společnosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro paži o obvodu 22 až 32 centimetrů. Viz originální návod vašeho měřiče krevního tlaku.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod. Návod si ponechtě pro budoucí použití. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.

⚠ *Upozornění:*

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Tato manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON.
  Tato manžeta funguje pouze s monitory krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-CR24, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástrčky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze

Zasuňte vzduchovou zástrčku pevně do vzduchového konektoru.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástrčku dle obrázku nalevo, zaveďte ji do vzduchového konektoru až do polohy, kde zapadne.

1.

Nasazení manžety

1. Protáhněte levou paži skrz smyčku manžety.

Poznámka: Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smyčka. Hladká látka musí být uvnitř smyčky manžety.

2.

2. Dejte paži do správné polohy.
1) Vzduchová hadička by měla vést po vnitřní straně předloktí směrem do dlaně, rovnoběžně s prostředníčkem.
2) Dolní část manžety se musí nacházet přibližně 1 až 2 cm nad loketním ohybem.
3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

Měření na pravé paži

Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

- Dávejte pozor, abyste se neopřírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

3. Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

Pokyny

- Neprikládejte manžetu přes silné oděvy a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte k podepření lokte poličářek nebo jinou vhodnou podložku.

CZ

Údržba

- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mýdla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné těkavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neohýbejte ani nemačkejte.

CE UK CA

Veškeré závažné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto prostředkem, nahlašujte výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.