Popis symbolů	
CE	Označení CE
UK CA	Značení UKCA
LOT	Číslo šarže
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
MD	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
,	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
INDEX	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
ART. ,	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.
LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
MIN MAX RANGE MIN MAX	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.

Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přepravu	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

CE UK CA

Veškeré závažné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto přístrojem, nahlašujte výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.

REF	Referenční katalogové číslo
EASY	Manžeta Easy Cuff
INTELLI WRAP	Manžeta Intelli Wrap
COMFORT CUFF	Komfortní manžeta
TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko
	Datum výroby
	Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.
	Obvod paže

Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.

CZ

OMRON

Manžeta CS2 (pediatrická)

Malá manžeta

• Návod k obsluze **2** CZ

Datum vydání: 2023-06-27

Výrobce		**OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.** 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce v EU EC REP		**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU		
Výrobní závod		**OMRON DALIAN Co., Ltd.** No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian,116600 Liaoning Čínská lidová republika
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK	**OMRON HEALTHCARE UK LTD.** Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS

Vyrobeno v Číně


Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

All for Healthcare

IM-HEM-CS24-E-CZ-08-10/2022

OMRON

Manžeta CS2 (pediatrická) (HEM-CS24)



Děkujeme vám za zakoupení malé manžety společnosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro paži o obvodu 17 až 22 centimetrů. Viz originální návod vašeho měřiče krevního tlaku.


Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod.
Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o vlastním krevním tlaku, PORAĎTE SE S LÉKAŘEM.

⚠ *Upozornění:*

Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Tato manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON.
  Tato manžeta funguje pouze s monitory krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-CS24, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástrčky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze






Zasuňte vzduchovou zástrčku pevně do vzduchového konektoru.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástrčku dle obrázku nalevo, zaveďte ji do vzduchového konektoru až do polohy, kde zapadne.

Nasazení manžety

1. Protáhněte levou paži skrz smyčku manžety.
Poznámka: Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smyčka. Hladká látka musí být uvnitř smyčky manžety.



2. Dejte paži do správné polohy.
1) Vzduchová hadička by měla směřovat dolů podle vnitřní strany vašeho předloktí a měla by být souběžné s vaším prostředníčkem.
2) Spodní strana manžety by měla být asi 1 až 2 cm nad vaším loktem.
3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

Měření na pravé paži
Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.

- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

3. Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

Pokyny

- Nepřikládejte manžetu přes silné oděvy a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte k podepření lokte polštářek nebo jinou vhodnou podložku.
- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mýdla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné těkavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neohýbejte ani nemačkejte.

Údržba

CZ

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	Malá manžeta CS2 (HEM-CS24)
Obvod paže	17 až 22 cm
Rozměry manžety	Přibližně 115 mm × 367 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I