Popis symbolů	
CE	Označení CE
UK CA	Značení UKCA
LOT	Číslo šarže
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
MD	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
INDEX	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
ART.	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.
LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
MAX RANGE MIN / MIN RANGE MAX	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.
REF	Referenční katalogové číslo
EASY	Manžeta Easy Cuff
INTELLI WRAP	Manžeta Intelli Wrap
COMFORT	Komfortní manžeta
TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko

CZ

	Datum výroby
	Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.
	Obvod paže

Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.

Prodloužená manžeta CW

Manžeta pro normální i silnou paži k měřičům krevního tlaku Omron

• *Návod k obsluze* 2 CZ

Datum vydání: 2023-06-27

All for Healthcare

IM-HEM-RML30-E-CZ-04-10/2022


Výrobce	**OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.** 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU EC REP	**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Dovozce do EU	
Výrobní závod	**OMRON DALIAN Co., Ltd.** No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
Pobočky	**Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK** **OMRON HEALTHCARE UK LTD.** Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS

Vyrobeno v Číně.

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonsko.

OMRON

Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)



Děkujeme vám za zakoupení prodloužené manžety společnosti OMRON. Obvod paže pro tuto manžetu je 22 až 42 centimetrů. Prodloužená manžeta společnosti OMRON může být připojena na různé monitory krevního tlaku společnosti OMRON. Viz originální návod Vašeho měřiči krevního tlaku. Ověřte si prosím, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné koncovky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.


Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod.
Návod si ponechte pro budoucí použití. Podrobné informace o vašem krevním tlaku vám poskytne VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.

⚠ *Upozornění*

- S touto manžetou používejte pouze schválený monitor krevního tlaku.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze


1.



1. Protáhněte levou paži skrz smyčku manžety.

Poznámka: Pokud je manžeta rozložená, provlékněte konec manžety, který se nachází dále od hadice, kovovým prstencem ve tvaru D tak, aby vznikla smyčka. Hladká látka musí být uvnitř smyčky manžety.

2.



2. Dejte paži do správné polohy.
1) Vzduchová hadička by měla směřovat dolů podle vnitřní strany vašeho předloktí a měla by být souběžně s vaším prostředníčkem.
2) Spodní strana manžety by měla být asi 1 až 2 cm nad vaším loktem.
3) Umístěte manžetu na paži tak, aby byla značka (šipka pod hadičkou) vystředěna na vnitřní části paže a odtud směřovala dolů.

Poznámky:
- Nepoužívejte manžetu na hrubý oděv a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.
- Manžetu vyrovnejte do výšky vašeho srdce (do výšky prsou). V případě potřeby použijte polštářek nebo jinou vhodnou podložku k podepření lokte.

POZNÁMKY

Měření na pravé paži
Upevněte manžetu tak, aby vzduchová hadička vedla kolem lokte na straně malíčku.
- Dávejte pozor, abyste se neopírali ramenem o vzduchovou hadičku, anebo jinak neomezovali přívod vzduchu do manžety.
- Manžeta by měla být umístěna 1 až 2 cm nad loktem.

3. Poté, co je manžeta správně umístěna, PEVNĚ utáhněte pásek se suchým zipem.

Údržba

- Skvrny na manžetě lze opatrně odstranit pomocí vlhkého hadříku a mýdlové vody.
- Manžetu ani vzduchovou hadičku společně neperchybejte přílíš těsně ani nemačkejte.
- Manžetu neskladujte za následujících okolností:
  – Manžeta je mokrá.
  – Na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu nebo korozivním výparům.
  – Na místech vystavených vibracím či úderům nebo na nakloněných plochách.

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	Prodloužená manžeta CW (HEM-RML30)
Obvod paže	22 až 42 cm
Rozměry manžety	Přibližně 563 mm x 151 mm
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90% vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Podmínky pro skladování a přeprav	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) Vlhkost 10 až 95 % (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

CE UK CA

Veškeré závažné incidenty, ke kterým došlo v souvislosti s tímto zařízením, oznamte výrobci a příslušnému úřadu v členském státě, ve kterém sídlíte.

CZ