Popis symbolů	
CE	Označení CE
UK CA	Značení UKCA
LOT	Číslo šarže
UDI	Jedinečný identifikátor prostředku
MD	Zdravotnický prostředek
	Omezení teploty
	Omezení vlhkosti
	Omezení atmosférického tlaku
,	Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením
	Indikátor umístění manžety pro levou ruku
INDEX	Ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnání na brachiální tepnu
ART. ,	Značka na manžetě musí být umístěna nad artérií.

Uskladnění/přepravní podmínky	-20 až +60 °C (-4 až 140 °F) 10 až 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa
Hmotnost	Nepřesahuje 187 g
Obsah balení	Manžeta, návod k obsluze, vzduchové zástrčky
Životnost (provozovatelnost), záruka	1 rok

Veškeré závažné incidenty, k nimž došlo v souvislosti s tímto prostředkem, nahlaste výrobci a odpovídajícím úřadům členského státu EU, ve kterém se nacházíte.

Tento produkt společnosti OMRON je vyroben v souladu s přísným systémem pro kontrolu kvality společnosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONSKO.

CZ

LATEX FREE	Není vyrobeno z latexu
MAX RANGE MIN	Indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety.
REF	Referenční katalogové číslo
EASY	Manžeta Easy Cuff
INTELLI WRAP	Manžeta Intelli Wrap
COMFORT CUFF	Komfortní manžeta
TECHNOLOGY BY OMRON HEALTHCARE IN JAPAN	Technologie společnosti OMRON Healthcare, Japonsko
	Datum výroby
	Uživatel si musí prostudovat návod k obsluze.
	Obvod paže

Datum výroby je součástí sériového čísla, které je umístěno na produktu a/nebo prodejním balení: první 4 číslice představují rok výroby, další 2 číslice měsíc výroby a poslední 2 číslice den výroby.

Výrobce	**OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.** 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO	
Zástupce pro EU EC REP	**OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.** Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com	
Dovozce do EU		
Výrobní závod	**OMRON DALIAN Co., Ltd.** No.3 Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600 Liaoning, Čínská lidová republika	
Pobočky	Dovozce ve Spojeném království a zodpovědná osoba pro UK	**OMRON HEALTHCARE UK LTD.** Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	

Vyrobeno v Číně

OMRON

Manžeta Easy Cuff

HEM-RML31

Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON

• *Návod k obsluze* 2 CZ

Datum vydání: 2022-12-14

All for Healthcare

IM-HEM-RML31-E-CZ-07-10/2022

OMRON

HEM-RML31




Děkujeme vám za zakoupení manžety HEM-RML31 společnosti OMRON. Tato manžeta je vhodná pro obvod paže od 22 do 42 cm. Viz původní návod k obsluze vašeho měřiče krevního tlaku.

Z bezpečnostních důvodů je nutno pozorně dodržovat tento návod. Návod si ponechte pro budoucí použití. Pokud požadujete konkrétní informace o vlastním krevním tlaku, PORAĎTE SE S LÉKAŘEM.


⚠ *Upozornění:* Označuje potenciálně nebezpečné situace, které – pokud jim nezabráníte – mohou vést k lehkému nebo středně těžkému zranění uživatele či pacienta nebo k poškození vybavení či jiných předmětů.

- Tuto manžetu společnosti OMRON lze připojit k různým měřičům krevního tlaku společnosti OMRON.
  Tato manžeta funguje pouze s měřiči krevního tlaku OMRON kompatibilními se systémem HEM-RML31, jak je uvedeno na štítku manžety vedle vzduchového konektoru.
- Ověřte si, kterou zástrčku na vašem přístroji je třeba použít. Při použití nesprávné zástrčky může dojít k úniku vzduchu a nesprávným výsledkům.
- Manžetu neperte ani nenamáčejte.

Návod k obsluze







Svlékněte si z levé paže těsně přiléhající oděv a silnější oblečení jako například svetr. Nepřikládejte manžetu přes silné oblečení a nevyhrnujte si rukáv, je-li příliš těsný.


1. Zasuňte vzduchovou zástrčku pevně do vzduchového konektoru.

Poznámka: Pokud používáte vzduchovou zástrčku dle obrázku nalevo, zaveďte ji do vzduchového konektoru až do polohy, kde zapadne.

2. Nasaďte si manžetu na levou paži a upevněte.

Spodní okraj manžety by se měl nacházet přibližně 1 až 2 cm nad loktem. Vzduchová hadička je umístěna na středu vnitřní strany Vaší paže, rovnoběžně s prostředníčkem.

POZNÁMKY



Měření na pravé paži
Vzduchová hadička bude na straně Vašeho lokte.
Dávejte pozor, abyste si paži o ni neoprali.

Poznámka: Krevní tlak na levé a pravé paži se může lišit, a proto také naměřené hodnoty krevního tlaku mohou být odlišné. Společnost OMRON doporučuje používat k měření vždy stejnou paži. Pokud se hodnoty mezi oběma pažemi podstatně liší, ověřte si u svého lékaře, kterou paži máte k měření používat.

3. Upevněte pomocí suchého zipu.

Údržba

- Manžetu vyčistěte pomocí měkké suché látky, nebo měkké vlhké látky a neutrálního mýdla.
- K čištění manžety nepoužívejte benzín, ředidla ani jiné těkavé kapaliny.
- Manžetu neskladujte na místech vystavených extrémním teplotám, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, prachu nebo korozivním výparům.
- Vzduchovou hadičku nadměrně neohýbejte ani nemačkejte.

CZ

Technické údaje:

Popis výrobku	Manžeta měřiče krevního tlaku OMRON
Model	HEM-RML31
Obvod paže	22 až 42 cm
Rozměry manžety	Ne více než 653 x 160 mm (v rozloženém stavu)
Rozsah tlaku manžety	Tlak: 0 až 299 mmHg
Přesnost	Tlak: ±3 mmHg
Klasifikace	Třída I
Provozní podmínky	+10 až +40 °C (50 až 104 °F) 15 až 90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) 700 až 1060 hPa